

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Наручилац | Специјална болница за рехабилитацију |
| Адреса | Парк бр. 4 |
| Место | Бања Ковиљача |
| Број одлуке | 213 |
| Датум | 09.05.2018 |

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), вршилац дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију доноси:

**О Д Л У К У о додели уговора
јавне набавке мале вредности добара – Набавка апарата за физикалну терапију и
електротерапију а потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, ЈН бр. 19/2018**

Наручилац, након спроведеног поступка, на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 212 од 09.05.2018. г., понуђачу „Proxima“ д.о.о., Моравска 7, Чокот, 18250 Ново село, Ниш који је поднео понуду број 1003004182 од 30.04.2018 а која је оцењена као најповољнији, додељује се уговор у поступку јавне набавке мале вредности, бр 19/2018 – Набавка апарата за физикалну терапију и електротерапију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију (шифра 33150000 – Уређаји за радиотерапију, механотерапију, електротерапију и физикалну терапију).

Образложење

Наручилац је дана 23.04.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 185 – Набавка апарата за физикалну терапију и електротерапију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију. ЈН 19/2018 (шифра 33150000 – Уређаји за радиотерапију, механотерапију, електротерапију и физикалну терапију)..

Набавка није обликована по партијама.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 1 (једна) понуда:

| Назив или шифра понуђача | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| Благовремене понуде | | Неблаговремене понуде |
| 1 | „Proxima“ д.о.о., Моравска 7, Чокот, 18250 Ново село, Ниш | Није било |

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је сачинила записник са отварања понуда, који су прослеђени понуђачима, те након тога приступила стручној оцени понуда и сачинила предметни Извештај.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 212 од 09.05.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:

| | |
|--------|---|
| Добра | X |
| Услуге | |
| Радови | |

2) **Подаци о јавној набавци:**

| | |
|--|--|
| Предмет јавне набавке | Набавка апарата за физикалну терапију и електротерапију |
| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) | Укупно: 1.500.000,00 |
| Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање | Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији: АМ/13 |

Укупан број поднетих понуда: 3 (три) понуде.

| Назив или шифра понуђача | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| Благовремене понуде | | Неблаговремене понуде |
| 1 | „Proxima“ д.о.о., Моравска 7, Чокот, 18250 Ново село, Ниш | Није било |

4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

| Подносилац понуде | Број понуде | Разлози за одбијање понуде |
|---|---|--|
| „Jena Medical“ д.о.о., Јована Ристића 11, 18000 Ниш | Понуда бр. 180430 од 30.04.2018.г 469.890,00 РСД без ПДВ-а. | Наручилац је у техничким карактеристикама конкурсне документације на страни 9-14 тражио 5 апарата за физиклану терапију и електротерапију са прецизираним карактеристикама. Понуђач је понудио тражене апарате који не испуњавају у потпуности тражене карактеристике, и то: 1. Апарат за терапију ултразвуком за физикалну терапију • Нема фреквенције модулације од 1Hz до 100Hz у импулсном моду са кораком подешавања 1Hz |

- Нема детекције лошег контакта ултразвучне сонде са телом пацијента и сигнализација лошег контакта на дисплеју апарата
- Нема двобојне сигнализације на ултразвучној сонди
- Апликативни део ултразвучне сонде није израђен од медицинског челик
- Максимална снага у континуалном режиму није $3\text{W}/\text{cm}^2$

2. Апарат за средњеструјну терапију за физикалну терапију

- Нема могућности подешавања вектора од 5 до 100%; могућност подешавања вредности вектора засебно у корацима од 5% највише
- Нема могућности избора биполарне интерференте терапије на једном или оба канала дигитално, путем интерфејса апарата :
- Није понуђени тражени комплетан прибор (4 самолепљиве гел електроде са клипом и 4 клип адаптера (2 црна и 2 црвена) за пацијент кабл

3. Апарат за вакуумску терапију

- Нема три предефинисане фреквенције у импулсном режиму: 15 имп/мин, 30 имп/мин и 60 имп/мин
- Нема сакупљача течности са задње стране апарата: могућност лаког чишћења и пражњења сакупљача течности

4. Апарат за струјну терапију и електро-стимулацију

- Нема стартовање и стопирање терапије и са самог апарата (путем интерфејса) и путем засебне даљинске жичане команде са индикацијом стања терапија на истој
- Није понуђен комплетан тражени прибор 2 самолепљиве гел електроде $4 \times 8\text{cm}$ са клипом, 2 самолепљиве гел електроде са клипом ин2 клип адаптера (1 црни и 1

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>црвени) за пацијент кабл.</p> <p>5. Апарат за електрофорезу и галванску струју</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нема задавање струје дигитално тастерима у микро моду резолуција струје од 50mikroАмпера, у макро моду од 200mikroАмпера - чиста галванска струја и средњафреквентна струја 8kHz 95% однос импулс/ пауза, нарочито погодна за јонофорезу <p>На основу напред наведеног достављена добро нису одговарајућа јер не испуњавају тражене карактеристике из конкурсне документације, чиме се понуда сматра неодговарајућом у складу са чланом 3 тачка 32 и 33 Закона о ЈН.</p> |
|--|--|--|

Применом критеријума стручне оцене понуда, комисија рангира понуде на следећи начин:

| | Цена коштања без ПДВ (РСД) | Цена коштања са ПДВ (РСД) |
|---|----------------------------|---------------------------|
| „Proxima“ д.о.о., Моравска 7, Чокот, 18250 Ново село, Ниш | 1.019.800,00 | 1.223.760,00 |

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је за набавку апарата за физикалну терапију, најповољнија понуда понуђача: **„Proxima“ д.о.о., Моравска 7, Чокот, 18250 Ново село, Ниш, тако да се овај понуђач бира као најприхватљивији.**

Понуда овог понуђача је прихватљива, одговарајућа и без недостатака, те се предлаже одговорном лицу да донесе одлуку о додели уговора.


5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Вршилац дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка апарата за физикалну терапију и електротерапију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, ЈН бр. 19/2018 и на основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора, понуђачу „Proxima“ д.о.о., Моравска 7, Чокот, 18250 Ново село, Ниш за понуду заведену под бројем 1003004182 од 30.04.2018.године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против донешене одлуке, понуђач може поднети захтев за заштиту права у поступку јавне набавке, у року од 5 дана, од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.




в.д. директор
Прим. др Александар Јокић

Handwritten mark or signature